

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

校正対象品

| | 型番 | 品番 | 製造番号 | testo s/n |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 本体 | 0572.9194 | Saveris T4E | 60231850/501 | 023648 |
| センサ | 0572.9001 | 0572.9001 | 501 | 023651 |
| センサは本体の CH③ に接続しました。 | | | | |

合否判定基準 : 本体精度 + センサ精度
: 本体精度 ±0.5℃または計測値の±0.5%
: センサ精度 ±1.5℃ (K熱電対 クラス1)

検査室の環境 : 26℃ ± 3℃ 45%rh ± 5%rh

校正結果

校正年月日 2017年 7月11日

| 基準値 (°C) | 校正値 (°C) | 器差 (°C) | 合否判定 |
|----------|----------|---------|------|
| -4.98 | -4.3 | +0.68 | OK |
| 0.02 | 0.6 | +0.58 | OK |
| 5.04 | 5.5 | +0.46 | OK |

- * 校正は JIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- * 校正に用いた基準器は次のとおりです。

| 製品名 | 型番 | 製造番号 | 製造者名 |
|-------|------|-----------------|-------------|
| 水晶温度計 | 781 | 503 6262 0011Gb | ドイツ Testo 社 |
| 水晶素子 | 0478 | 0694 0217 | ドイツ Testo 社 |

- * 基準器は、日本電気計器検定所で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号：011-170926-100)
- * 基準値は、基準器である水晶温度計が示した値です。
- * 校正値とは、被校正品が示す値です。
- * 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- * 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2017年 7月14日
横浜市港北区新横浜 2-2-15
株式会社テスト
TEL: 045-476-2266

| 試験担当者 | 承認者 |
|--|---|
|  |  |

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。