

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

校正対象品

	型番	品番	製造番号	testo s/n
本体	0572.9194	Saveris T4E	60641823/606	026231
センサ	0572.9001	0572.9001	510	026232
センサは本体の CH① に接続しました。				

合否判定基準 : 本体精度 + センサ精度
: 本体精度 ±0.5℃または計測値の±0.5%のどちらか大きいほう
: センサ精度 ±1.5℃ (K熱電対 クラス1)

検査室の環境 : 25℃ ± 3℃ 45%rh ± 5%rh

校正結果

校正年月日 2018年 7月 5日

基準値 (°C)	校正値 (°C)	器差 (°C)	合否判定
10.07	10.2	+0.13	OK
30.09	29.9	-0.19	OK
50.03	49.9	-0.13	OK

* 校正は JIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。

* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
水晶温度計	781	503 6262 0011Gb	ドイツ Testo 社
水晶素子	0478	0694 0217	ドイツ Testo 社

* 基準器は、日本電気計器検定所で校正されており、国家標準にトレーサブルです。

(校正証明書番号：011-180914-100)

* 基準値は、基準器である水晶温度計が示した値です。

* 校正値とは、被校正品が示す値です。

* 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。

* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2018年 7月10日
横浜市港北区新横浜 2-2-15
株式会社テスト
TEL: 045-476-2266

試験担当者	承認者
	

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。



温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3

校正対象品

	型番	品番	製造番号	testo s/n
本体	0572.9194	Saveris T4E	60641823/606	026231
センサ	0572.9001	0572.9001	510	026233
センサは本体の CH② に接続しました。				

合否判定基準 : 本体精度 + センサ精度
: 本体精度 ±0.5℃または計測値の±0.5%のどちらか大きいほう
: センサ精度 ±1.5℃ (K熱電対 クラス1)

検査室の環境 : 25℃ ± 3℃ 45%rh ± 5%rh

校正結果

校正年月日 2018年 7月 5日

基準値 (°C)	校正值 (°C)	器差 (°C)	合否判定
10.07	9.9	-0.17	OK
30.09	29.8	-0.29	OK
50.03	49.8	-0.23	OK

* 校正は JIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。

* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
水晶温度計	781	503 6262 0011Gb	ドイツ Testo 社
水晶素子	0478	0694 0217	ドイツ Testo 社

* 基準器は、日本電気計器検定所で校正されており、国家標準にトレーサブルです。

(校正証明書番号：011-180914-100)

* 基準値は、基準器である水晶温度計が示した値です。

* 校正值とは、被校正品が示す値です。

* 器差とは、校正值から基準値を引いた値です。

* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2018年 7月10日
横浜市港北区新横浜 2-2-15
株式会社テスト
TEL: 045-476-2266

試験担当者	承認者

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。