

超音波画像診断装置 日常点検記録表

メーカー: 日立
機種名: ARIETTA65

項目		点検内容	判断基準	点検日			
視覚的 点検	本体	1)本体外装	外装傷、割れ、変形、錆が無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		2)銘板、パネル	はがれ、汚れが無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		3)キー、レバー、ツマミ	キー、レバー、ツマミに破損が無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	付属品	1)電源コード等	傷や破損が無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		2)プローブ	本体部に傷、ひび割れ、亀裂、剥離、変形、汚れがないか。ケーブル部、コネクタ部に傷、ひび割れ、亀裂、変形、めくれがないか。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		3)クリアゲル	装填状況に問題が無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		4)取扱説明書	保管されていること。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
機械的 点検	本体	1)キー、レバー、ツマミ	キー、レバー、ツマミに破損が無いこと。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
	付属品	1)電源コード等	スムーズでガタなどがないか。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
電氣的 点検	性能	1)電源	起動画面が表示するか。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		2)表示	Bモードの画像を表示するか。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
		3)記録	プリンタの記録と画像が同じか。	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否			
点検実施者							
確認者							

福井大学医学部附属病院
医学研究支援センター
2023/6/20