



温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

校正対象品

| | 型番 | 品番 | 製造番号 | testo s/n |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 本体 | 0572 9194 | Saveris T4E | 62804953/105 | 043368 |
| センサ | 0572 9001 | 0572 9001 | 003 | 043372 |
| 延長ケーブル | 0554 0592 | 0554 0592 | 912 | 040963 |
| センサは本体の CH ④ に接続しました。 | | | | |

合否判定基準： 本体精度 + センサ精度
本体精度 ±0.5℃または計測値の±0.5%
のどちらか大きいほう
センサ精度 ±1.5℃ (-25.0℃~+200.0℃)
±2.5℃ (その他の計測範囲)

検査室の環境： ±3℃ ±5%rh

校正結果 校正年月日 2023年8月4日

| 基準値 (℃) | 校正値 (℃) | 器差 (℃) | 合否判定 |
|---------|---------|--------|------|
| 9.96 | 10.3 | + 0.34 | OK |
| 29.99 | 30.1 | + 0.11 | OK |
| 50.03 | 50.0 | - 0.03 | OK |

- * 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- * 校正に用いた基準器は次のとおりです。

| 製品名 | 型番 | 製造番号 | 製造者名 |
|---------|-----------|---------------|------------|
| デジタル温度計 | 0560 4402 | 83061022/1219 | ドイツ Testo社 |
| 温度センサ | 0618 0073 | 61843765/0821 | ドイツ Testo社 |

- * 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号：53-2272946)
- * 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
- * 校正値とは、被校正品が示す値です。
- * 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- * 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2023年8月24日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テスト
TEL：045-476-2266

| 試験担当者 | 承認者 |
|-------|-----|
| | |