



証明書番号： 24083006-02

総数 1 頁の 1 頁

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

校正対象品

	型番	品番	製造番号
本体	0572 1751	testo175T1	40042844 405

合否判定基準： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-35.0^{\circ}\text{C} \sim +55.0^{\circ}\text{C}$)

検査室の環境： $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ $54 \pm 5\% \text{rh}$

校正結果 校正年月日 2024年7月16日

基準値 ($^{\circ}\text{C}$)	校正値 ($^{\circ}\text{C}$)	器差 ($^{\circ}\text{C}$)	合否判定
9.94	9.5	- 0.44	OK
30.00	29.7	- 0.30	OK
50.00	49.8	- 0.20	OK

* 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。

* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	0560 4402	83061022/1219	ドイツ Testo社
温度センサ	0618 0073	61843765/0821	ドイツ Testo社

* 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号：53-2380599)

* 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。

* 校正値とは、被校正品が示した値です。

* 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。

* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2024年7月25日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テスト

