



証明書番号： 24642061-02

総数 1 頁の 1 頁

## 温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター  
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

## 校正対象品

|    | 製品名          | 型番等       | 製造番号     |
|----|--------------|-----------|----------|
| 本体 | testo 175 T1 | 0572 1751 | 40070827 |

合否判定基準：  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ( $-35.0^{\circ}\text{C} \sim +55.0^{\circ}\text{C}$ )検査室の環境：  $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$   $60 \pm 5\% \text{rh}$ 

校正結果 校正年月日 2026年7月22日

| 基準値 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 校正値 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 器差 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 合否判定 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 0.015                      | 0.0                        | - 0.015                   | OK   |
| 5.022                      | 5.0                        | - 0.022                   | OK   |
| 9.998                      | 10.0                       | + 0.002                   | OK   |

- \* 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- \* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

| 製品名     | 型番        | 製造番号     | 製造者名       |
|---------|-----------|----------|------------|
| デジタル温度計 | testo400  | 61794703 | ドイツ Testo社 |
| 白金測温抵抗体 | 0618 0275 | 63000090 | ドイツ Testo社 |

- \* 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。  
(校正証明書番号：53-2573378)
- \* 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
- \* 校正値とは、被校正品が示した値です。
- \* 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- \* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2026年7月22日  
横浜市港北区新横浜2-2-15  
株式会社テスト

