



温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 福井大学医学部附属病院 医学研究支援センター
所在地 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

校正対象品

	製品名	型番等	製造番号
本体	testo 175 T1	0572 1751	40042844

合否判定基準 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-35.0^{\circ}\text{C} \sim +55.0^{\circ}\text{C}$)

検査室の環境 : $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ $63 \pm 5\% \text{rh}$

校正結果 校正年月日 2026年7月21日

基準値 ($^{\circ}\text{C}$)	校正値 ($^{\circ}\text{C}$)	器差 ($^{\circ}\text{C}$)	合否判定
10.003	9.9	- 0.103	OK
30.037	30.0	- 0.037	OK
50.006	50.0	- 0.006	OK

- * 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- * 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	testo400	61794703	ドイツ Testo社
白金測温抵抗体	0618 0275	63000090	ドイツ Testo社

- * 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号 : 53-2573378)
- * 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
- * 校正値とは、被校正品が示した値です。
- * 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- * 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2026年7月21日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テスト

